



REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO

Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991

Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Oggetto: Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.a, D.L.vo n.50/2016, per la fornitura di **"Sistema ILIF"** - (Descrizione in allegato) occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia di questa Azienda.

Il nome dell'operatore economico individuato è: la ditta Nuvasive Italia S.r.l. Via Giacomo Watt 32 Milano Telefono 085 4511211 fax 085 4510516

Valore stimato dell'appalto: €. ----- Iva esclusa

Informazioni complementari: Con il presente avviso, s'intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dall'informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici, fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura del prodotto stesso, entro il termine di **10gg.** dalla pubblicazione del presente avviso, dichiarando la possibilità di fornire il prodotto con le caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all' Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, a mezzo fax 090-3992899 e dovrà recare la seguente dicitura: **Acquisto di ""Sistema ILIF"** per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, questa Azienda intende altresì, ai sensi del combinato art.63 comma 2, lett.a) e art. 76 del D.L.vo n. 50/2016, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l'impresa, che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.

RUP Sig.ra Liria Giangarrà Telefono 090 3992911/fax 0903992899

e-mail: liriagiangarra@aopapardo.it

pec: protocollo@pec-aopapardo.it

F.to

Direttore f. f. della S.C.

Dott. Giuseppe Venza

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche:

Dispositivo a duplice azione interlaminare ed interspinosa denominato "sistema ILIF" della ditta Nuvasive Italia S.r.l.

Il sistema ILIF (interlaminar lumbar instrumented fusion) della ditta NUVASIVE, rappresenta un nuovo approccio al trattamento delle instabilità vertebrali con o senza stenosi del canale midollare. Esso è costituito da due componenti come di seguito descritti:

Il primo, chiamato MAGNITUDE è in materiale peek (modulo di elasticità molto simile a quello dell'osso umano) che ha la funzione di distrarre e ripristinare lo spazio interspinoso, mediante il suo alloggiamento alla base delle lamine; lo stesso ospita sostituto d'osso o osso autologo per la rigenerazione ossea.

Il secondo componente consta di una placca in titanio (Ti6Al4V) che viene montata sulle spinose al fine di stabilizzare il tratto delle due vertebre lombari.

La particolare conformazione e la presenza di spunzoni apposti all'interno della placca, favorisce una presa dell'osso ed un effetto stabilizzatore ottimale.

Di seguito le caratteristiche di unicità del prodotto:

- Permette di scegliere la misura indipendente dei due singoli pezzi,
- Permette l'impianto della placca senza assemblaggio (sistema di CRIMPAGGIO),
- Ampia gamma di scelta della placca a seconda del livello trattato (placca dedicata per il livello L5-S1, placca dedicata per il livello cervo-toracico di misura 25mm)
- Possibilità di trattare due livelli consecutivi.
- Distrazione interlaminare e ampliamento dei forami intervertebrali

Detto ciò, si ritiene vantaggioso l'utilizzo di questo sistema anche per le seguenti motivazioni:

- 1- Alternativa al trattamento delle instabilità lievi e delle spondilolistesi di primo grado al posto della classica e più lunga tecnica delle viti peduncolari con barre.
- 2- Miglior trattamento chirurgico per pazienti giovani,
- 3- Tempi chirurgici inferiori,

4- Approccio chirurgico reversibile in caso ritrattamento della patologia.

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità: *Il dispositivo viene utilizzato per patologie spinali come stenosi del canale spinale, stenosi dei recessi laterali, spondilolistesi, instabilità vertebrale documentata etc. che necessitano oltre che dell'atto puramente microchirurgico di decompressione delle strutture nervose anche dell'impianto dei dispositivi in oggetto che garantiscono la stabilizzazione vertebrale e la distrazione interlaminare a completamento dell'atto chirurgico. Per quanto a nostra conoscenza nella gara di interlaminari ed interspinosi.*