



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2513 del 06/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2275 del 06/06/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° 22/2024 a favore della Nephrocare S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dal Centro dialisi sito in via Marco Polo n° 499 Contesse del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Nephrocare S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dal Centro dialisi sito in via Marco Polo n° 499 Contesse del Comune di Messina, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 8202 del 14.03.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 12603/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 14035/24 del 25.03.2024, con la quale vengono richiesti alla Ditta alcuni chiarimenti e integrazioni documentali;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dal SUAP con nota prot. n° 13999 del 30.04.2024 introitata in pari data al n° 19570/24 e nota prot. n° 16790 del 15.05.2024 introitata in pari data al n° 21947/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 22467/24 del 17.05.2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte dell'AMAM S.p.A.;
- VISTA** il parere a condizione rilasciato dall'AMAM S.p.A. con nota protocollo n° 11519/2024 del 27.05.2024, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 19246 del 27.05.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 23961/24 del 28.05.2024;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01.06.2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 22/2024 a favore della Nephrocare S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dal Centro dialisi sito in via Marco Polo n° 499 Contesse del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati provenienti dall'attività di autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo dialitico, da campionarsi dopo la fase di clorazione, nel pozzetto "Z" della Planimetria Stato

di Progetto Aprile 2024, in modalità mediata nelle 3 ore, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto totale, Fosforo totale, Tensioattivi, Cloro attivo libero, Cloruri e Saggio di Tossicità Acuta;

- b) mantenere in regolare stato funzionale il sistema di disinfezione dei reflui;
- c) utilizzare i detergenti ed i sanificanti alle minime dosi efficaci e/o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta biodegradabilità;
- d) sospendere, come da prescrizione del gestore del S.I., in caso di anomalie della fase di disinfezione, lo scarico fino al ripristino funzionale e dare contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'AMAM S.p.A., all'ARPA Sicilia e a questa Direzione;
- e) comunicare agli Enti di cui sopra dell'avvio e del completamento dei lavori di modifica del sistema fognario interno, come da Planimetria Stato di Progetto Aprile 2024, documentando fotograficamente le opere realizzate. Al riguardo si concedono tre mesi per la realizzazione e attivazione dello stesso;
- f) rendere sempre disponibile il pozzetto di ispezione "Z" per le Autorità di controllo, in ossequio all'art. 129 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- g) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- h) comunicare, anticipatamente ad ogni intervento inerente variazioni del ciclo tecnologico, dei posti letto disponibili e di ogni altra condizione che possa incidere sull'aspetto quali-quantitativo degli scarichi interni;
- i) inviare, annualmente, una relazione di sintesi con l'indicazione di volumi di acque attinte e restituite allo scarico secondo la tipologia (refluo domestico, permeato da dialisi, altro), quantità di materie prime utilizzate, gestione della disinfezione e gli esiti analitici di cui all'art. 3.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 22/2024 a favore della Nephrocare S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale delle acque reflue, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dal Centro dialisi sito in via Marco Polo n° 499 Contesse del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 9 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A., dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso Centro dialisi sito in via Marco Polo n° 499 Contesse del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 06.06.2024

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini
(Firmato digitalmente)